

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Słowackiego 13
27-500 Opatów
tel 15 8682 706
fax 15 8682 817 lub tel / fax 8682466 w 123**

Opatów, 2010.06.15

Nr sprawy: SAG/PN/2100/11/10

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101 , Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241,Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706 i Nr 223, poz.1778)Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 3 – pozycja nr 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do nakłucia klatki piersiowej w komplecie z igłami o długości w zakresie 55 – 80 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Pakiet nr 3 – pozycja 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów łączących do odsysania CH 25 o długości mieszczącej się w zakresie 200 – 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3 - pozycja 5

Prosimy o potwierdzenie czy w w/w pozycji należy zaoferować sterylny, zwarty, kompaktowy zestaw 3 komorowy składający się z komory zastawki wodnej, komory wodnej regulacji siły ssania oraz komory na wydzielinę o pojemności 2500 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w w/w pozycji należy zaoferować sterylny, zwarty, kompaktowy zestaw 3 komorowy składający się z komory zastawki wodnej, komory wodnej regulacji siły ssania oraz komory na wydzielinę o pojemności 2500 ml.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 3 – pozycja 7

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do odsysania pola operacyjnego z kontrolą dł. 200 cm z końcówką CH 24-25.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 3 – pozycja 8

Prosimy o potwierdzenie czy w w/w pozycji należy zaoferować zestaw pakowany w jednym opakowaniu – wkład workowy 1 x użytku 2000 ml kompatybilny w pojemniku wielorazowym typu serres w komplecie z drenem do odsysania 1,8 m (6 mm).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w w/w pozycji należy zaoferować zestaw pakowany w jednym opakowaniu – wkład workowy 1 x użytku 2000 ml kompatybilny w pojemniku wielorazowym typu serres w komplecie z drenem do odsysania 1,8 m (6 mm)

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 12

Wnosimy o wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji 1, 2, 3, 4 i 5 (igły) i utworzenie pakietu nr 12 A zawierającego w/w pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 12 pozycje 1, 2, 3, 4 i 5 (igły) i tworzy pakiet nr 12 A zawierający te pozycje

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 24

Prosimy o potwierdzenie czy w w/w pakiecie należy zaoferować 6 sztuk opakowań klipsów (czyli 6 x 120 szt klipsów = 720 sztuk klipsów) do klipsownicy Hemoclip Plus – Horizon ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w w/w pakiecie należy zaoferować 6 sztuk opakowań klipsów (czyli 6 x 120 szt klipsów = 720 sztuk klipsów) do klipsownicy Hemoclip Plus – Horizon.

p.o Dyrektor
SPZZOZ w Opatowie
mgr Wojciech Kielisz