

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Ul. Słowackiego 13  
27-500 Opatów  
tel 15 8682 706  
fax 15 8682 817 lub tel / fax 8682466 w 123**

**Opatów, 2010.06.17**

**Nr sprawy: SAG/PN/2100/11/10**

**Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.**

**Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101 , Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241,Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706 i Nr 223, poz.1778)Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 „Szczoteczki cytologiczne” poz. 1 i 2 wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

**Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 „Szczoteczka do wymazów cytologicznych (...)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący) zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 „Zestawy do trecheotomi przeskornej” w poz. 1, 2 i 3 wymaga rurki fenestrowanej?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga rurki fenestrowanej**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 1 „Zestaw do trecheotomi przeszkórnej bez narzędzi Nr 7,5” dopuści Nr 7?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

### **Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 1 pozycji 5** zawierającą strzykawkę insulinową w jeden osobny pakiet producentki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 5 i tworzy osobny pakiet nr 1 A**

### **Pytanie 7**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 1 pozycje 32, 33, 48 i 49** zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet producentki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 32, 33, 48 i 49 i tworzy osobny Pakiet 1 B**

### **Pytanie 8**

**Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 33**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych bursztynowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **Pytanie 9**

**Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 48 i 49**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 48 i 49**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kropłowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie 11**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 1 pozycje 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 209** zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 209 i tworzy osobny Pakiet nr 1 C**

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 41**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie 13**

##### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 42**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 22G 0,9x25mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie 14**

##### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 43**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie 15**

##### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 44**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **Pytanie 16**

### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 46**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 16G 1,8x45mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **Pytanie 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 1 pozycji 86 i 211** zawierające elektrody żelowe EKG i elektrody żelowe EKG dla noworodków w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 poz. 86 i 211 i tworzy osobny Pakiet nr 1 D.**

## **Pytanie 18**

### **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 86**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody żelowe EKG 32 x 40 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **Dotyczy Pakietu nr 22**

#### **Pytanie 19 – pozycja 1 i 9**

Czy ze względu na zmianę modelową Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł iniekcyjnych o wszystkich parametrach zgodnych z oczekiwaniami SIWZ, ale o innym numerze modelowym ( katalogowym ) wskazującym na typ nowego produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, Ø igły 5 mm, długość igły 4 mm.**

#### **Pytanie 20 – pozycja 7**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kleszczy o długości kolonoskopowej tj. 2300 mm czy gastrokopowej tj. 1550 m - z łyżeczkami owalnymi z igłą ( z bolcem ) do minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Kleszcze o długości kolonoskopowej.**

#### **Pytanie 21 – pozycja 8**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kleszczy o długości kolonoskopowej tj. 2300 mm czy gastrokopowej tj. 1550 m - z łyżeczkami owalnymi bez igły ( bez bolca ) do minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Kleszcze o długości kolonoskopowej.**

#### **Pytanie 22 – pozycja 10**

Ze względu na podanie nieznanego oznaczenia handlowego prosimy o sprecyzowanie oczekiwanego rodzaju szczypiec ( rodzaju łyżeczek ) czy mają posiadać: łyżeczki owalne, typu szczęki aligatora i ząb szczura oraz czy mają być z igłą czy bez?

**Odpowiedź: 1 szt – szczypce owalne typu szczęki aligatora i ząb szczura z igłą.**

**Pytanie 23**

Prosimy o określenie czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 7 ma na myśli Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16 G czy 14 G ?

**Odpowiedź: zestaw do kaniulacji dużych naczyń 16 G – 3 szt; 14 G- 2 szt.**

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 6 Igły podpajęczynowych 25 G x 90 z prowadnicą stosowanych dotychczas?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 strzykawki do gazometrii o pojemności 3 ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 29 pozycje 2 i 3 i utworzy osobny Pakiet co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Pakietu nr 29 poz. 2 i 3 i tworzy osobny Pakiet nr 29 A.**

*p.o Dyrektor  
SPZZOZ w Opatowie  
mgr Wojciech Kielisz*