

**Samodzielny Publiczny Zespól
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Słowackiego 13
27-500 Opatów
tel 15 8682 706
fax 15 8682 817 lub tel / fax 15 8682466 w 123**

Opatów, 2010.06.18

Nr sprawy: SAG/PN/2100/11/10

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101 , Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241,Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706 i Nr 223, poz.1778)Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania:

Dotyczy Wzoru umowy:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę §1 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania dostawy w zakresie rzeczowym i ilościowym (maksymalnie o 20%), co nie jest odstępniem od umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w §5 ust. 5 wzoru umowy na następujący: “Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 5 wzoru umowy na następujący: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w §5 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

“Termin płatności faktury VAT ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis & 5 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

Termin płatności faktury VAT ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 11 poz. 3 wielorazowych worków oddechowych neopranowych 3 litrowych do aparatu do znieczulenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 5 - Dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 poprzez narzędzie do tracheotomii przezskórnej rozumie wielorazowy pean z otworem na prowadnicę Selingera do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa używany już wcześniej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK_wielorazowy pean z otworem na prowadnicę Selingera do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa

*p.o Dyrektor
SPZZOZ w Opatowie
mgr Wojciech Kielisz*