

**Samodzielny Publiczny Zespól
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Słowackiego 13
27-500 Opatów
tel 15 8682 706
fax 15 8682 817 lub tel / fax 15 8682466 w 123**

Opatów, 2010.06.18

Nr sprawy: SAG/PN/2100/11/10

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101 , Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241,Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706 i Nr 223, poz.1778)Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 2 ml ze skalą do 3 ml ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2– dotyczy Pakietu nr 1 poz 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 10 ml ze skalą co 0,5 ml oraz bocznym położeniem końcówki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 20 ml ze skalą co 1 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz 18

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków rozm. 18 G x 30 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz 29

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o poj 150 ml w ilości 34 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 1 poz 42, 43, 44

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN – EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach , odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Poz 42 – 09 x 25 mm

Poz 43 – 1,1 x 32 mm

Poz 44 – 1,3 x 32 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 1 poz 56-60

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej bez wygrawerowanej nazwy producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92-96

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehr wykonane z lateksu kauczuku naturalnego o rozmiarach 50 x 160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9– dotyczy Pakietu nr 1 poz. 145 – 153

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 poz. od 145 do 153 i tworzy osobny pakiet nr 1 E.

Pytanie 10 - pakietu 1 poz. 35

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 35 wymaga przyrządu kompatybilnego z butelkami płynów infuzyjnych typu Ecoflac i Kabipac?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższe.

*p.o Dyrektor
SZCZOZ w Opatowie
mgr Wojciech Kielisz*